

**ГКП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии имени
К.Курманбаева» при управлении здравоохранения Акмолинской
области**

Экспертное заключение

г. Кокшетау

от «13» мая 2024 г.


По лотам № 1-3 к Тендеру № 3

**Лот № 1- ТОО «ADICom Ltd» – Техническая спецификация Поставщика
соответствует технической спецификации Заказчика. Представленное
оборудование зарегистрировано в Государственном реестре ЛС и МИ.**

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	техническая спецификация ТОО «ADICom Ltd»	Результат рассмотрения (соответствует или не соответствует, комментарии и тд)
Пластина для визуализации: ST-VI (стандартный тип), 35x43см, 35x35см, 10"x 12", 8" x 10", 24x30см, 18x24см, 15x30см	Пластины гибкие для медицинских радиологических изображений, размеры (см): 35 x 43, 35 x 35, 24 x 30, 18 x 24, 15 x 30	соответствует
Доступно для использования с IP-кассетами: Тип CC: 35x43см, 35x35см, 10" x 12", 8" x 10", 24x30см, 18x24см, 15x30 см.	Кассеты для гибких пластин, размеры (см): 35 x 43, 35 x 35, 24 x 30, 18 x 24, 15 x 30, 24 x 30- twin, 14 x 17-triple, 14 x 14-triple, 10 x 12-triple	соответствует
Устройство цифровой радиографии (дигитайзер)	Устройство цифровой радиографии (дигитайзер)	соответствует
Жидкокристаллический дисплей	Монитор для рабочей станции	соответствует
Полная совместимость программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0	Имеется совместимость DICOM 3.0	соответствует

**Лот № 1- ТОО «ТАН-СС» – Техническая спецификация Поставщика
соответствует технической спецификации Заказчика. Представленное
оборудование зарегистрировано в Государственном реестре ЛС и МИ.**

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	техническая спецификация ТОО «ТАН-СС»	Результат рассмотрения (соответствует или не соответствует, комментарии и тд)
---	--	--



Пластина для визуализации: ST-VI (стандартный тип), 35x43см, 35x35см, 10"x 12", 8" x 10", 24x30см, 18x24см, 15x30см	Пластины гибкие для медицинских радиологических изображений, размеры (см): 35 x 43, 35 x 35, 24 x 30, 18 x 24, 15 x 30	соответствует
Доступно для использования с IP-кассетами: Тип CC: 35x43см, 35x35см, 10" x 12", 8" x 10", 24x30см, 18x24см, 15x30 см.	Кассеты для гибких пластин, размеры (см): 35 x 43, 35 x 35, 24 x 30, 18 x 24, 15 x 30, 24 x 30-twin, 14 x 17-triple, 14 x 14-triple, 10 x 12-triple	соответствует
Устройство цифровой радиологии (дигитайзер)	Устройство цифровой радиологии (дигитайзер)	соответствует
Жидкокристаллический дисплей	Монитор для рабочей станции	соответствует
Полная совместимость программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0	Имеется совместимость DICOM 3.0	соответствует

Лот № 1- ТОО «Аста Мед» – Техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика. Представленное оборудование зарегистрировано в Государственном реестре ЛС и МИ.


Заявленная техническая спецификация Заказчиком	техническая спецификация ТОО «Аста Мед»	Результат рассмотрения (соответствует или не соответствует, комментарии и тд)
Пластина для визуализации: ST-VI (стандартный тип), 35x43см, 35x35см, 10"x 12", 8" x 10", 24x30см, 18x24см, 15x30см	Пластины гибкие запоминающие для медицинских радиологических изображений, размеры 18x24см, 24x30см, 15x30см, 35x43см.	соответствует
Доступно для использования с IP-кассетами: Тип CC: 35x43см, 35x35см, 10" x 12", 8" x 10", 24x30см, 18x24см, 15x30 см.	Кассеты для запоминающих пластин, размеры 18x24см, 24x30см, 15x30см, 35x43см.	соответствует
Устройство цифровой радиологии (дигитайзер)	Сканирующее устройство - дигитайзер для получения медицинских радиологических изображений	соответствует
Жидкокристаллический дисплей	Монитор специализированный медицинский для рабочей станции	соответствует



Полная совместимость
программного обеспечения с
международным стандартом
DICOM

Программно-аппаратный
комплекс полностью
совместим со стандартом
DICOM

соответствует

 -   

Лот №2 ТОО «ADICom Ltd» - Представленное оборудование зарегистрировано в Государственном реестре ЛС и МИ. Техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика.

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	техническая спецификация ТОО «ADICom Ltd»	Результат рассмотрения (соответствует или не соответствует, комментарии и тд)
Цифровой термографический принтер для печати радиологических изображений	Термографический принтер	соответствует
Метод записи изображения: Термографический	Метод печати - термографический	соответствует
Форматы пленки: 35 x 43 см (14'' x17''), 26 x 36 см, 25 x 30 см (10'' x12''), 20 x 25 см (8'' x10'')	Пленка форматов 35 x 43 (14 x 17''), 26 x 36, 25 x 30 (10 x 12''), 20 x 25 (8 x 10'')	соответствует
Лотки для пленки до 2 лотков	Камера позволяет осуществлять одновременную установку двух лотков для пленки	соответствует
Входные каналы - Вход сети DICOM только на 1 канал	Сетевой вход DICOM x 1 канал	соответствует
Загрузка и тип пленки • дневная, DI-HT	Медицинская пленка для сухой печати (DI-HT)	соответствует

Лот № 2- ТОО «ТАН-СС» – Техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика. Представленное оборудование зарегистрировано в Государственном реестре ЛС и МИ.

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	техническая спецификация ТОО «ТАН-СС»	Результат рассмотрения (соответствует или не соответствует, комментарии и тд)
Цифровой термографический принтер для печати радиологических изображений	Термографический принтер	соответствует
Метод записи изображения: Термографический	Метод печати - термографический	соответствует
Форматы пленки: 35 x 43 см (14'' x17''), 26 x 36 см, 25 x 30	Пленка форматов 35 x 43 (14 x 17''),	соответствует

см (10'' x12''), 20 x 25 см (8'' x10'')	26 x 36, 25 x 30 (10 x 12''), 20 x 25 (8 x 10'')	
Лотки для пленки до 2 лотков	Камера позволяет осуществлять одновременную установку двух лотков для пленки	соответствует
Входные каналы - Вход сети DICOM только на 1 канал	Сетевой вход DICOM x 1 канал	соответствует
Загрузка и тип пленки • дневная, DI-HT	Медицинская пленка для сухой печати (DI-HT)	соответствует

Лот № 2 - ТОО «Аста Мед» – Техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика. Представленное оборудование зарегистрировано в Государственном реестре ЛС и МИ.

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	техническая спецификация ТОО «Аста Мед»	Результат рассмотрения (соответствует или не соответствует, комментарии и тд)
Цифровой термографический принтер для печати радиологических изображений	Термографический принтер	соответствует
Метод записи изображения: Термографический	Прямая термографическая печать	соответствует
Форматы пленки: 35 x 43 см (14'' x17''), 26 x 36 см, 25 x 30 см (10'' x12''), 20 x 25 см (8'' x10'')	Форматы пленки 8x10", 10x12", 11x14", 14x14" и 14x17"	соответствует
Лотки для пленки до 2 лотков	Наличие 2 лотков	соответствует
Входные каналы - Вход сети DICOM только на 1 канал	DICOM совместимый принтер.	соответствует
Загрузка и тип пленки • дневная, DI-HT.	Загрузка пленки при дневном свете.	соответствует

Лот №3 ТОО «ТАН-СС» - Техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика. Представленное оборудование зарегистрировано в Государственном реестре ЛС и МИ.

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	техническая спецификация ТОО «ТАН-СС»	Результат рассмотрения (соответствует или не соответствует, комментарии и тд)
Аппарат для исследования функции внешнего дыхания (спирометр)	Блок электронный спирометра "Спиро-Спектр"	соответствует
Автоматический расчет параметров спокойного дыхания (ЖЕЛ, РОВД)	Спокойное дыхание: ЖЕЛ, РОвд, РОвыд, РОвд/РОвыд, ДО, Евд.	соответствует
Автоматический расчет параметров форсированного выдоха	Форсированный выдох/экспресс-тест	соответствует
Автоматический расчет параметров максимальной вентилиции легких (МВЛ, ЧД)	Максимальная вентилиция легких: МВЛ, ЧД	соответствует
Объем калибровочного шприца (Не менее 3 литров)	Шприц калибровочный (3 л)	соответствует
Диапазон измеряемых объемов (Не хуже 0.1-12 л)	Диапазон измерения объемов воздуха 0.1-12 л	соответствует
Связь с компьютером (USB)	Связь с компьютером через интерфейс USB	соответствует
Частота дискретизации (Не менее 1000 Гц)	Частота дискретизации 1000 Гц	соответствует

Ф.И.О. Иманалин Ерлан Талгатович

Должность инженер метролог

Подпись

