

**ГКП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии имени
К.Курманбаева» при управлении здравоохранения Акмолинской
области**

г. Кокшетау

20.11.2024г

Экспертное заключение

ТОО «Qazaq infotech»

Соответствует технической спецификации.

ТОО «НАСК»

- 1) Вес основного блока указан не точно (вес не более 7.6 кг)
- 2) Размеры комплектующих (длина и диаметр) указаны не точно.

Не соответствует технической спецификации.

Ф.И.О. Сейтенов Нурлыбек Аскербаевич

**Должность и.о. зав. ЛТО №1 (легочно-терапевтическое отделение), врач
торакальный хирург.**

Подпись

